平成 20 年 11 月 14 日

「アキュチェックコンパクトプラス （黒）」をご使用中の患者さま各位

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

「自己検査用グルコース測定器『アキュチェックコンパクトプラス（黒）』の
血糖測定値の表示について」の訂正のお知らせ

平素より弊社製品をご愛用いただき厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では 10 月 31 日よりアキュチェックコンパクトプラス（黒）の血糖測定値の表示について、「実際の表示」と「取扱説明書にてご案内していた記載内容」に違いのあることを確認し、ホームページなどでご案内してまいりました。

しかしながら、弊社での精査の結果、これらのご案内の内容に誤りが判明し、下記のように訂正させていただきますので、ご連絡申しあげます。

まことに申し訳ありませんが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 10 月 31 日付のご案内

（1） 血糖測定値が 601mg/dL から 1,500mg/dL の間では、「HI」と表示されます。

（2） 血糖測定値が 1,500mg/dL を超えた場合は、「EEE」と表示されます。

血糖測定値	ご案内内容	
	これまでのご案内	修正後のご内容
10mg/dL 未満	「LO」	「LO」
10～600mg/dL	測定値	測定値
601～1,500mg/dL	「HI」	「HI」
1,500mg/dL 以上		「EEE」*

＊「EEE」表示の場合、機器・試験紙の問題によるものか、高値なのか判別できませんのでご注意ください。

2. 訂正後のご案内

血糖測定値	表示
極端に低い	「E-5」*
10mg/dL 未満	「LO」
10～600mg/dL	測定値
601mg/dL 以上	「HI」**

＊ 極めてまれに表示される可能性があります。

＊＊ おおよそ 4,500mg/dL まで表示されます。

度重なるお知らせで、ご迷惑をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上

本件に関するお問合せは、弊社お客様センターまでお願い申し上げます。
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
お客様センター：0120-642-860　受付時間：月曜～金曜（祝祭日を除く）8:30～18:30